

ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"

СВ-1637/19.06.2017г.

РАЗЯСНЕНИЕ 1

До:	Всички фирми изтеглили документация за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001646	Дата:	19.06.2017 г.
От:	Иван Къчев		
Тел:	02/ 81 22 455	Факс:	02/ 81 22 588/589

Разяснение по процедура с номер **ТТ001646** и предмет **„Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели за питейна и отпадъчна вода на обекти на Софийска вода“**

Обособена позиция 1 – „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели на питейна вода чрез проточна система при наличие на ел. захранване – 230V AC, 50Hz“

Обособена позиция 2 – „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели на питейна вода чрез проточна система при наличие на автономно ел. захранване – 12-36V DC“.

Обособена позиция 3 - „Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на процесни контролно измервателни прибори за измерване на качествени показатели на питейна вода чрез потопен монтаж“

във връзка с възникнали въпроси на фирми, получили покана за участие в процедурата, прилагаме следното разяснение:

Въпрос 1:

Ще се разглеждат ли оферти за измервателни прибори за измерване на мътност по обособени позиции 1,2 и 3 чиято мерна единица е в NTU вместо FNU?

Отговор на въпрос 1:

Приемат се и прибори за мътност измерващи в м. единица NTU.

С уважение,



Иван Къчев
Старши специалист "Снабдяване"

Отдел "Снабдяване"

тел.: 81 22 455

факс: 81 22 588/9

