

ОТДЕЛ „СНАБДЯВАНЕ“

РАЗЯСНЕНИЕ 1

До:	Всички фирми изтеглили пълния електронен комплект документация за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001756	Дата:	20.06.2018
От:	Марияна Братованова		
Тел:	02/8122 435	Факс:	02/8122 588;589

Разяснение по процедура с номер **ТТ001756** и предмет „Доставка, инсталация, въвеждане в експлоатация на инструментално оборудване за анализ (ICP- OES и GC- FID)

Във връзка с постъпили въпроси от фирми, прилагаме следното разяснение:

Въпрос № 1:

Относно обособена позиция 1 "ICP/OES система за анализ на отпадъчна вода, утайка, почва", приложение 2 "Работни характеристики и функционални изисквания, подлежащи на комплексна оценка", точка "Системата за хидридно генериране да е постоянно инсталирана и свързана със спектрометъра, и да не изисква никакво преместване, пресвързване на капиляри, тръби или други за употребата ѝ".

Какво трябва да се разбира за "постоянно инсталирана и свързана със спектрометъра, и да не изисква никакво преместване, пресвързване на капиляри, тръби или други за употребата ѝ"?

Това е принадлежност, която не е задължителна за употреба при всички възможни приложения. При необходимост от този модул той се доставя със системата или допълнително на по-късен етап, инсталира се и не е необходимо неговото преместване, освен при обслужване и подмяна на резервните му части. Би следвало всеки хидриден генератор да удовлетворява така зададеното условие.

Отговор на въпрос № 1:

За обособена позиция 1 - модул Системата за хидридно генериране трябва да е окомплектован с апарата, така че да не изисква допълнително свързване или преместване от оператора.

С уважение,

Марияна Братованова

Старши специалист „Снабдяване“

