

“Софийска вода” АД, София
ПРОТОКОЛ №2

Днес, 11.09.2018 г. в 15:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № ДР-516/14.08.2018 г. комисия в състав:

- 1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: - Д. [име] - мениджър „Управление и баланс на водите“.
и ос [име]
2/ [име] - мениджър „Технологичен отдел“.
3/ [име] - султ.
4/ [име] - главен счетоводител дълготрайни активи, „Финансова дирекция“.
5/ [име] - главен специалист снабдяване.
и р
1/ [име] - главен директор "Пречистване и управление на води".
2/ [име] - главен директор "Отвеждане и пречистване на отпадъчни води".
3/ [име] - главен мениджър „Контролен център“.
4/ [име] - главен мениджър „Управление и контрол на договори“.
5/ [име] - главен мениджър „Финансов контрол“.
6/ [име] - главен контролор.
7/ [име] - главен мениджър "Финансово счетоводство".
8/ [име] - главен мениджър регулаторно счетоводство, „Финансова дирекция“.
9/ [име] - главен мениджър финансов контрол - Старши бизнес анализатор.
10/ [име] - главен мениджър "Контрол на оперативните разходи".
11/ [име] - главен счетоводител.
12/ [име] - главен мениджър Джарова – Счетоводител.
13/ [име] - главен мениджър "Финансов контрол на капиталовите разходи".
14/ [име] - главен мениджър "Правен отдел".
15/ [име] - султ.
16/ [име] - султ.
17/ [име] - султ.
18/ [име] - мениджър „Снабдяване“.
19/ [име] - главен мениджър специалист отдел „Снабдяване“.
20/ [име] - главен мениджър специалист отдел „Снабдяване“.
21/ [име] - главен мениджър "Снабдяване".
22/ [име] - главен мениджър специалист „Снабдяване“.
23/ [име] - главен мениджър специалист отдел „Снабдяване“.
24/ [име] - главен мениджър специалист отдел „Снабдяване“.
25/ [име] - главен мениджър старши специалист „Снабдяване“.
26/ [име] - главен мениджър специалист „Снабдяване“.

Заличени данни по ЗЗМД и регламент (ЕС) 2016/679.

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001725 и предмет „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери и фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води“, открита с Решение ДР-418/06.07.2018г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано решение в РОП № 855934 на 09.07.2018 г. и обявление РОП № 855935 на 09.07.2018 г., под преписка номер 00435-2018-0066, и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП за отваряне на подадените допълнителни документи на участниците, тяхното разглеждане и оценка на съответствието им на изискванията на възложителя. Разглеждане на офертите в частта им Техническо предложение и оценка на съответствието им на изискванията на възложителя и конкурсната документация и ЗОП.

Комисията отвори опаковката с подадените от участника **АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД** на 10.09.2018 в 15:16 часа в деловодството на възложителя допълнителни документи, изисквани от комисията с протокол № 1.

Запечатаната опаковка на **АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД** съдържа нови ЕЕДОП-и попълнени със съответната информация за представляващите участника лица ИВАН БОРИСОВ ДЕНЕВ и ХРИСТО СТЕФАНОВ КЕНАРОВ, надлежно подписани и подпечатани от тях с квалифициран /електронен подпис. По този начин участникът отстранява

Председател

Заличени данни по ЗЗМД и регламент (ЕС) 2016/679.

А

установеното от комисията с протокол №1 несъответствие. Комисията констатира, че представените документи **съответстват** на изискванията на възложителя и ЗОП.

На поредица от заседания Комисията пристъпи към преглед на подадените в офертите технически предложения и оценка на съответствието им с изискванията на възложителя отразени в конкурсната документация и ЗОП.

ОП1-Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода при безнапорно течение.

КЮБИКО ЕООД ОП 1

Комисията прегледа техническото предложение от офертата на **КЮБИКО ЕООД**. Комисията констатира, че то **съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.19.5 от Инструкции към участниците от конкурсната документация.

АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД ОП 1

Комисията прегледа техническото предложение от офертата на **АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД**. Комисията констатира, че то **съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.19.5 от Инструкции към участниците от конкурсната документация.

В Раздел А „Техническо задание предмет на договора“ от документацията за участие, в точка 3.1.7 е посочено изискването: „Измервателните устройства да бъдат с изолирани изводи за цифрови импулси (дигитален изход – импулсен отворен колектор), аналогов изход 4-20mA и Modbus (RTU или TCP/IP).“ Участникът в своята оферта е посочил, че предлага само RS 232 изводи, което само по себе не е достатъчно, като протокол за комуникация. В случай, че предлаганият уред няма протокол за комуникация в конкурсната документация е предвидена възможността той да бъде окомплектован със смарт RTU (съгласно точка 3.1.10.5 от Раздел А „Техническо задание предмет на договора“ от документацията за участие: „В случай, че доставяния уред няма Modbus (RTU или TCP/IP), новият уред следва да е окомплектован със смарт RTU с отворен протокол DNP3, синхронизиран по време, архив на събитията, диагностична информация за входно/изходните точки, да може да комуникира с повече от една станция, с възможност за програмиране на място и отдалечено.“). Комисията установи, че в предложението не е описано да има такава окомплектовка. Не е видно и от рекламната брошура, която е представена като технически характеристики. Комисията изиска от участника да уточни дали уредът ще бъде укомплектован съгласно конкурсната документация. Участникът отговори в предоставения от комисията срок за отговор от два работни дни считано от датата на получаване на запитването, че в предложената конфигурация е предвидено присъствието на интелигентен RTU модул (модел PointOrange) съобразено с точка 3.1.10.5 от Раздел А, който модул поддържа протокол DNP3. По-подробна спецификация на същия модул е налична в приложената брошура, стр.4 вътрешна. Комисията прие разяснението на участника и реши, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

ОП2-Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с два външни датчика.

ЛАБЕКСПЕРТ ООД ОП 2

Комисията прегледа техническото предложение от офертата на **ЛАБЕКСПЕРТ ООД**. Комисията констатира, че то **съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.19.5 от Инструкции към участниците от конкурсната документация.

ЛОКАТОР-К ООД ОП 2

Комисията прегледа техническото предложение от офертата на **ЛОКАТОР-К ООД**. Комисията констатира, че то **съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.19.5 от Инструкции към участниците от конкурсната документация.

Председател

2

Заличени данни по ЗЗЛД и регламент (ЕС) 2016/679.

В Раздел А „Техническо задание предмет на договора“ от документацията за участие в точка 4.1.12 е посочено изискването: „Измервателните уреди да работят с 24V напрежение и акумулаторна батерия на 12V с възможност за работа на подзаряд от ел. мрежата 220V или соларен панел.“ Участникът в своята оферта е посочил, че уредите работят на 220V от ел. Мрежата. В брошурата, която е представил участникът е предвидена възможност за работа на: 95-264 VAC, 20-28 VAC или 11-28 VDC. Комисията изиска от участника да уточни дали уредите работят само на 220VAC или имат възможност за работа на 20-28 VAC или 11-28 VDC. Участникът отговори в предоставения от комисията срок за отговор от два работни дни считано от датата на получаване на запитването, че уредите имат възможност за работа от: 1) 95-264 VAC или 2) 20-28 VAC или 3) 11-28 VDC. Възложителят трябва да избере едно от трите захранвания при заявката. Комисията прие разяснението на участника и реши, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

ОП3-Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери за питейна вода с два вътрешни датчика при монтаж в пълна с вода тръба.

ЛАБЕКСПЕРТ ООД ОП 3

Комисията прегледа техническото предложение от офертата на **ЛАБЕКСПЕРТ ООД** за ОП 2 и ОП 3. Комисията констатира, че то **съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.19.5 от Инструкции към участниците от конкурсната документация.

АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД ОП 3

Комисията прегледа техническото предложение от офертата на **АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД**. Комисията констатира, че то **съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.19.5 от Инструкции към участниците от конкурсната документация.

ЛОКАТОР-К ООД ОП 3

Комисията прегледа техническото предложение от офертата на **ЛОКАТОР-К ООД**. Комисията констатира, че то **съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.19.5 от Инструкции към участниците от конкурсната документация.

В Раздел А „Техническо задание предмет на договора“ от документацията за участие в точка 5.1.12 е посочено изискването: „Измервателните уреди да работят с 24V напрежение и акумулаторна батерия на 12V с възможност за работа на подзаряд от ел. мрежата 220V или соларен панел.“ Участникът в своята оферта е посочил, че уредите работят на 220V от ел. Мрежата. В брошурата, която е представил участникът е предвидена възможност за работа на: 95-264 VAC, 20-28 VAC или 11-28 VDC. Комисията изиска от участника да уточни дали уредите работят само на 220VAC или имат възможност за работа на 20-28 VAC или 11-28 VDC. Участникът отговори в предоставения от комисията срок за отговор от два работни дни считано от датата на получаване на запитването, че уредите имат възможност за работа от: 1) 90-245 VAC и 2) 10-36 VDC. Комисията прие разяснението на участника и реши, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

ОП4-Доставка и монтаж на фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води, утайки, FeCl3 , Al2(SO4)3 и катийонен флокулант

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД ОП 4

Комисията прегледа техническото предложение от офертата на **СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД** за ОП 4. Комисията констатира, че то **съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.19.5 от Инструкции към участниците от конкурсната документация.

АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД ОП 4

Комисията прегледа техническото предложение от офертата на **АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД**. Комисията констатира, че то **съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.19.5 от Инструкции към участниците от конкурсната документация.

След разглеждане на документацията по техническата част комисията констатира, че участникът в представените технически спецификации е посочил разходомер DN 40, който не е изискван в конкурсната документация. В Раздел А: Техническо задание – предмет на договора от конкурсната документация, в т. 8.1. е посочено „Предмет на обособената позиция са доставката и монтажа на фланшови магнитно индуктивни разходомери за тръби с номинален вътрешен диаметър $\varnothing 15$ за FeCl₃ и Al₂(SO₄)₃, $\varnothing 25$, $\varnothing 32$, $\varnothing 50$ за катийонен флокулант, $\varnothing 80$, $\varnothing 100$, $\varnothing 125$, $\varnothing 150$, $\varnothing 200$, $\varnothing 250$ за отпадъчни води и утайки“. Участникът не е предложил техническо предложение за искания от възложителя размер DN 32 за катийонен флокулант. Разходомерите, които възложителя желае да закупи в настоящата обществена поръчка са предназначени за измерване на химически вещества (катийонен флокулант, FeCl₃, Al₂(SO₄)₃). Участникът не е посочил PN стандарт, който се изисква от същия раздел на конкурсния документ в т. 8.4 „Уредите да отговарят на стандарт за налягане PN 16“.

Комисията реши да предложи на възложителя да бъде отстранена офертата за ОП 4 на участника **АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД** на основание на чл. 107. Т. 2. б. а) ЗОП „участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката“.

С оглед горните констатации, комисията реши да не отваря плика „Предлагани ценови параметри“ на участника **АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД** за ОП 4

С оглед горните констатации, комисията реши да отвори пликовете „Предлагани ценови параметри“ на участниците:

ЛАБЕКСПЕРТ ООД ОП 2 и ОП 3

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД ОП 4

КЮБИКО ЕООД ОП 1

АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД ОП 1, ОП 3

ЛОКАТОР-К ООД ОП 2 и ОП 3

Комисията реши на заседание от *14:30* часа на

02.10.2018 да отвори пликове „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Работата на Комисията на настоящия етап приключи с подписване на настоящия Протокол.

София, *02.10.2018*

Председател *В. Д.*

4

Заличени данни по ЗЗЛД и регламент (ЕС) 2016/679.