

ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"

РАЗЯСНЕНИЕ 1

До:	Всички фирми изтеглили документация за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001819	Дата:	08.03.2019 г.
От:	Мила Тошева		
Тел:	02/ 81 22 457	Факс:	02/ 81 22 588

Разяснение по процедура с номер **ТТ001819** и предмет **„Доставка на логери без телеметрия за измерване и запис на налягане“** във връзка с възникнали въпроси на фирми, прилагаме следното разяснение:

Въпрос 1:

„Моля, да поясните предмета и техническите изисквания на обществената поръчка, тъй като се получава разминаване, а именно цитирам: „2.2. Обхват на измерваните параметри – сензорите за налягане да отговарят като минимум на стандарт PN16.“, като тук ясно се вижда, че желаете да бъде измервано само налягане, но след това в точка 2.5: „2.5.Записи на измервани параметри - за регистриране на дебита и налягането интервалите между два записа трябва да бъдат регулируеми“, се вижда, че освен налягане се изисква да се измерва и дебит. Тъй като предмета на обществената поръчка е само за „дата логери за налягане“, в което никъде не е упоменато, че става въпрос и за дебит, но в посочената точка от техническата спецификация, има изискване за дебит, моля да направите това уточнение.“

Отговор на въпрос 1:

Потвърждаваме, че предметът на обществена поръчка с номер ТТ001819 е: Доставка на логери без телеметрия за измерване и запис на налягане – с уредите ще бъде измервано само налягане.

С уважение,

Мила Тошева, Старши специалист "Снабдяване"